

# CANAL DETECTOR

CE 2409

Indikátor vyústění kořenových kanálků

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** methylenová modř, polypropylenglykol, čištěná voda.

## URČENÍ

Výrodek CANAL DETECTOR je určený k lokalizaci vyústění kořenových kanálků během endodontického ošetření.

Modré barvivo proniká do vyústění kanálků, zbarvuje je na modro a usnadňuje vyhledání hlavních vyústění kořenových kanálků a trhlín.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.

Odstraňte zubovinu v místě předpokládaného místa vyústění kanálku, naneste 1–3 kapky přípravku na dno dutiny zubu, vyčkejte 5–10 sekund, následně dutinu zubu vypláchněte a vysušte. Body zbarvené silně modrou barvou signalizují vyústění kořenových kanálků.

Po použití výrobku musíte stáhnout píst stříkačky, abyste zabránili úniku nadměrného množství přípravku, odšroubujte aplikátor a následně zašroubujte stříkačku bílým šroubovacím uzávěrem.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

## NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

## OBAL

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory se štětečkem.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1