

Identifikátor zubního kazu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: tetraethylrhodamin, polypropylenglykol, povrchově aktivní činidla

URČENÍ

Přípravek RED DETECTOR slouží k lokalizaci zubního kazu.

Červené barvivo obsažené ve výrobku proniká do tkáně, která je zasažená zubním kazem a obarví ji červeně. Zvyšuje bezpečnost práce, umožňuje lokalizaci dentinu se zubním kazem a ušetření zdravé tkáně.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.

Po odstranění všech viditelných změn způsobených zubním kazem naneste kapku přípravku do okolí kavity, vyčkejte 5–10 sekund, následně kavitu vypláchněte a vysušte. Výrazně zbarvené body signalizují dentin zasažený zubním kazem.

Po použití výrobku musíte stáhnout píst stříkačky, abyste zabránili úniku nadměrného množství přípravku, odšroubujte aplikátor a následně zašroubujte stříkačku bílým šroubovacím uzávěrem.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory se štětečkem.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85