

Přípravek k místní kauterizaci sliznice

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: kyselina trichloroctová 35 %, čištěná voda, aroma.

URČENÍ

Přípravek TCA_{dent} je určen ke kauterizaci (pálení) lokálních patologických změn a drobných krvácení v ústní dutině. Působení přípravku spočívá v chemickém srážení patologicky změněné tkáně. Přípravek podporuje proces hojení granulačních změn.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Důkladně osušte patologicky změněné místo a izolujte ho (např. vazelinou).
2. Koncovku příloženého aplikátoru namočte do přípravku, přebytečné množství přípravku vytlačte. Potřeťte změněnou tkáň, dokud nezbělá.
3. Vypláchněte čistou vodou.

UPOZORNĚNÍ! Nedůkladné vypláchnutí přípravku může vést k poruše tuhnutí otiskovací hmoty.

Jestliže změny neustoupí po prvním použití přípravku, opakujte postup znovu,

jednou za 2–4 týdny, dokud změny nezmizí.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

Nepoužívejte u dětí.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Používejte pouze na patologicky změněné tkáně.

Dráždí kůži a oči. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Během práce s výrobkem používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřeném, originálním obalu při teplotě pod 25 °C.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÁ BALENÍ

Lahvička s kapátkem s obsahem 10 ml přípravku, jednorázové aplikátory.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85